

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część – 5 – **Tonometr do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt. – **zmodyfikowany 1****

TABELA 1

<p>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p>MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p>POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
Tonometr do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.	
1. DANE PODSTAWOWE:	
1) Rok produkcji 2021	TAK
2. PARAMETRY TECHNICZNE	
1) Bezbolesny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego	TAK
2) Do badania dorosłych i dzieci	TAK
3) Bez użycia żadnych dodatkowych materiałów	TAK
4) Wynik pomiarów do max.1 minuty	TAK
5) Pomiar możliwy w pozycji siedzącej i leżącej	TAK
6) Cyfrowy wyświetlacz LCD	TAK
7) Zasilany bateriami lub akumulatorami	TAK

8) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wg Goldmanna w zakresie 7 - 50 mmHg	TAK
9) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wg Maklakowa w zakresie 15 - 53 mmHg	TAK
10) Waga urządzenia max 1,5 kg	TAK

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 5 – Tonometr do mierzenia ciśnienia śródgałkowego – 1 szt.				
Nazwa	<i>Producent/dystrybutor¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu (jeśli istnieją) oraz kraj pochodzenia</i>	Ilość	Cena jednostkowa Brutto [w PLN]	Kwota ogółem Brutto (cena jedn. brutto x ilość) [w PLN] – do przeniesienia do Formularza OFERTA) [kol.5 = kol.4 x kol.3]
1	2	3	4	5
Tonometr do mierzenia ciśnienia śródgałkowego		1 szt.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.