

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 5

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [PLN] do przeniesienia do Formularza Oferta
1	2	3	4	5	6	7
Uchwyty aluminiowe na krioprobówki, do przechowywania w naczyniach dewara z ciekłym azotem, na każdym uchwycie musi mieścić się co najmniej 5 krioprobówek o pojemności 1,2 ml-2 ml, długość 285-290 mm, zestaw musi posiadać minimum 60 miejsc na minimum 60 krioprobówek	TAK		Zestaw	1		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.