

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 501 012 368

RA-ZP.2610.7.PU.2024.2.PZ

Informacja nr 2

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do mikroskopu na cele badawcze (znak sprawy: RA-ZP.2610.7.PU.2023)*

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Dotyczy Formularza Cenowo-Technicznego – część 5:

Czy Zamawiający dopuści moc łaźni wynoszącą 600 W ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łaźni o mocy wynoszącej 600 W.

Pytanie 2:

Dotyczy Formularza Cenowo-Technicznego – część 5:


Czy Zamawiający dopuści maksymalną temperaturę do + 99,9 st. C ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maksymalną temperaturę do + 99,9 st. C.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr inż. Edyta Kwiatkowska