

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 501 012 368


RA-ZP.2610.7.PU.2024.3.PZ

Informacja nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów do mikroskopu na cele badawcze (znak sprawy: RA-ZP.2610.7.PU.2024)

- I. W związku z koniecznością korekty treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w Części 1 Zamawiający modyfikuje:
 - 1) Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1;
- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. Załączniki do Informacji:
 1. Załącznik nr 1.1 do SWZ – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr inż. Edyta Kwiatkowska

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1 – zmodyfikowany 2

| Poz. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe | Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor/ i odpowiednio model/typ/ symbol/nazwę/numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieje) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] |
|------|--|--|--|--------------------|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <p><u>Analizator hematologiczny:</u></p> <p><u>Cechy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Musi mieć możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek; 2) Musi posiadać metodę rozdzielenia - WBC-fluorescencyjna cytometria przepływowa; 3) Musi mieć możliwość oznaczenia IG-niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF; 4) Musi posiadać szerokie zakresy liniowości dla próbki pierwotnej: WBC do 440000/μl, RBC do 8,6 mln/μl, PLT do 5 mln/μl, HCT do 75%; 5) Musi mieć możliwość oznaczenia odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametry diagnostyczne, które są zwalidowane przez producenta; 6) Musi posiadać wydajność analizatora 60 ozn./godz. w trybie CBC+5DIFF 7) Musi posiadać objętość aspirowanej krwi do wykonania pełnej morfologii 25 μl; 8) Musi posiadać instrukcję obsługi aparatu wbudowaną w oprogramowanie analizatora; 9) Musi posiadać system aplikacji do płynów z jam ciała. | TAK | | szt. | 1 | | |
| 2. | <p><u>Odczynniki kontrolne – pakiet startowy odczynników dedykowanych do analizatora</u></p> <p>Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wskazane powyżej odczynniki gwarancji jakości na następujące okresy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu</p> | TAK | | kpl. | 1 | | |



FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1 – zmodyfikowany 2

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>zamówienia:</p> <p>1) na okres taki sam jak okres przydatności do użycia określony przez producenta, z zastrzeżeniem że okres ważności (przydatności do użycia) każdego dostarczanego Przedmiotu zamówienia/umowy, liczony od dnia podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż 75% całego okresu przydatności do użycia określonego przez producenta,</p> <p>2) w przypadku gdy z informacji zawartych na opakowaniu nie będzie wynikało ile wynosi określony przez producenta okres przydatności do użycia (liczony od daty produkcji), przyjmuje się że okres gwarancji/przydatności do użycia dostarczonego Przedmiotu zamówienia/umowy musi wynosić nie mniej niż 10 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego. Termin ten musi się pokrywać z terminem ważności określonym przez producenta.</p> | | | | | | |
| KWOTA OGÓLEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) | | | | | | |

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.

