

Uniwersytet Zielonogórski  
Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra  
Tel. 601 902 300

RA-ZP.2610.10.PU.2024.1.AS

### Informacja nr 1

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych II (znak sprawy: RA-ZP.2610.10.PU.2024)*

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie 1

Dot. Części 4 poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje płytki pakowane po 20 sztuk?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostarczenie płytek w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk, z zastrzeżeniem, że z uwagi na warunki przechowywania płytek i konieczność zapewnienia sterylności prowadzonych badań każda płytka musi być indywidualnie zapakowana, jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia (płytki pojedynczo pakowane).

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

  
mgr inż. Edyta Kwiatkowska