

Uniwersytet Zielonogórski
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
Tel. 789 441 427

RA-ZP.2610.13.PU.2024.2.MS

Informacja nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę niestandardowego sprzętu komputerowego VII
(znak sprawy: RA-ZP.2610.13.PU.2024)

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

dot. FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 3 – Stacja robocza

do przetwarzania i analizy nagrań echo serca

Pozycja nr 2- Monitor do oceny obrazów echokardiograficznych– 1 szt

(...)

7) Odzworowanie przestrzeni barw: Adobe RGB: 75-100%, sRGB: 95-100%

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że wskazany parametr w pkt. 7 (Adobe RGB:

75-100%) jest parametrem przestarzałym i producenci monitorów w dokumentacjach technicznych już go nie specyfikują.

W związku z powyższym czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie monitora posiadającego:

Odzworowanie przestrzeni barw: 95% DCI-P3, 99% sRGB ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora posiadającego odzworowanie przestrzeni barw: 95% DCI-P3, 99% sRGB

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi i wprowadzonych zmian jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. W związku z udzielonymi odpowiedziami, **Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2024 r. do godz. 11.00.**
- IV. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI


mgr inż. Edyta Kwiatkowska