

Uniwersytet Zielonogórski  
Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra  
Tel. 504 070 265

RA-ZP.2610.03.PU.2025.1.KW

### Informacja nr 1

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.3.PU.2025)**

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie 1

##### Część 5

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania;

Poz 1 - Zlewki szklane o poj. 125ml nie występują katalogowo - pojemność jest zaznaczona na skali zlewek 150ml - proszę o weryfikację;

Zlewki 500ml - czy można zaproponować zlewki o pojemności 600ml?

Poz. 2 - Zlewki plastikowe - nie występują katalogowo o pojemności 125ml - proszę o weryfikację;

Poz. 8-9 - Zamawiający ma na myśli cylindry kl. B czy klasy A z certyfikatem serii?

#### Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Poz. 1 – zlewki szklane – zamiast zlewek o pojemności 125 ml, **zlewek szklanych o pojemności 150 ml** oraz zamiast zlewek o poj. 500 ml – **zlewek szklanych o pojemności 600 ml**.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Poz. 2 – Zlewki plastikowe - zamiast zlewek o pojemności 125 ml, **zlewek plastikowych o pojemności 150 ml**.

Zamawiający wymaga zaoferowania w Poz. 8 i 9 - cylindrów miarowych **klasy B**. W związku z odpowiedzią na pytania, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.5 do SWZ: Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.
- IV. Załączniki do Informacji:
1. Załącznik nr 1.5 –Formularz Cenowo-Techniczny – Część 5 – zmodyfikowany 1.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

  
mgr inż. Edyta Kwiatkowska

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 5 – zmodyfikowany 1**

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/ typ/ symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/ sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Liczba	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zlewki szklane (w skład 1 zestawu wchodzi): <ul style="list-style-type: none"><li>• 100ml</li><li>• 125ml</li><li>• 150ml</li><li>• 500ml</li><li>• 1000ml</li></ul>	TAK		zestaw	2		
2.	Zlewki plastikowe (w skład 1 zestawu wchodzi): <ul style="list-style-type: none"><li>• 100ml</li><li>• 125ml</li><li>• 150ml</li><li>• 500ml</li><li>• 1000ml</li></ul>	TAK		zestaw	2		
3.	Kolby Erlenmeyera z wąską szyją (szklane) (w skład 1 zestawu wchodzi): <ul style="list-style-type: none"><li>• 100ml</li><li>• 200ml</li><li>• 250ml</li><li>• 300ml</li><li>• 500ml</li><li>• 1000ml</li></ul>	TAK		zestaw	2		
4.	Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją (szklane) (w skład 1 zestawu wchodzi): <ul style="list-style-type: none"><li>• 100ml</li><li>• 200ml</li><li>• 250ml</li><li>• 300ml</li><li>• 500ml</li></ul>	TAK		zestaw	2		

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 5 – zmodyfikowany 1

	• 1000ml					
5.	Kolby miarowe z korkiem (w skład 1 zestawu wchodzi): • 50ml, • 100ml, • 200ml, • 250ml	TAK		zestaw	2	
7.	Tryskawki laboratoryjne (w skład 1 zestawu wchodzi): • 250ml, • 500ml, • 1000ml	TAK		zestaw	2	
8.	Cylinder miarowy szklany 25 ml, klasa B	TAK		szt.	2	
9.	Cylinder miarowy szklany 50 ml, klasa B	TAK		szt.	2	
10.	Cylinder miarowy szklany 100 ml	TAK		szt.	2	
11.	Cylinder miarowy szklany 250 ml	TAK		szt.	2	
12.	Cylinder miarowy szklany 500ml	TAK		szt.	2	
13.	Cylinder miarowy szklany 1000 ml	TAK		szt.	2	
14.	Cylinder miarowy szklany 10 ml	TAK		szt.	2	
<div style="text-align: right;"><b>KWOTA OGÓŁEM BRUTTO</b></div>						

(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.

