

Uniwersytet Zielonogórski  
Biuro Zamówień Publicznych  
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra  
Tel. 504 070 265

RA-ZP.2610.03.PU.2025.2.KW

### Informacja nr 2

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na dostawę szkła i akcesoriów laboratoryjnych (znak sprawy: RA-ZP.2610.3.PU.2025)**

- I. W związku z prośbami Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 1**

##### **Część 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu pakowanego pojedynczo, konfekcjonowanego po 50 sztuk?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu pakowanego pojedynczo, konfekcjonowanego po 50 sztuk.

#### **Pytanie 2**

##### **Część 7, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek bezbarwnych o pojemności 0-300 ul i spełniających pozostałe wymagania?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek bezbarwnych o pojemności 0-300 ul i spełniających pozostałe wymagania.

#### **Pytanie 3**

##### **Część 7, poz. 9**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek bezbarwnych i spełniających pozostałe wymagania?

##### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek bezbarwnych i spełniających pozostałe wymagania.

- II. Treść udzielonych wyżej odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
- III. Pozostałe warunki udzielenia zamówienia pozostają bez zmian.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

  
mgr inż. Edyta Kwiatkowska