

## FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 20

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO – kwota brutto do przeniesienia do formularza OFERTA (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
<b>Zestaw do odwrotnej transkrypcji</b> - system do wydajnej syntezy nici cDNA z matryc całkowitego RNA do zastosowania w RT-qPCR - zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji i jest odpowiedni do syntezy cDNA do 13 kb - niska aktywność RNazy H - odwrotna transkryptaza - aktywność w 42-50°C - zawiera inhibitor RNazy, który skutecznie chroni RNA przed degradacją w temperaturach do 55 ° C	<b>TAK</b>	<b>Thermo Scientific, RevertAid RT Reverse Transcription Kit</b>  <b>Cat. K1691</b>	<b>1 op. = 500 reakcji</b>	<b>1</b>		

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.**

.....  
(podpis Wykonawcy)