

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO – kwota brutto do przeniesienia do formularza OFERTA (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Zestawy diagnostyczne do pracy na spektrofotometrze - czytniku ELISA o długości fali 450nm, czułość testu nie większa niż 0.891 ng/mL i nie mniejsza niż 0.079 ng/mL, czas oznaczeń nie dłuższy niż 4,5 h, temperatura oznaczeń pokojowa - kontynuacja projektu	TAK	Human Total Adiponectin/Acrp30 Quantikine ELISA Kit DRP300/ Bio-Techne sp. z o.o.	1 op.	1		

Ze względu na kontynuację badań naukowych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał konkretny produkt. W celu zapewnienia porównywalności otrzymywanych wyników Zamawiający musi kontynuować badania używając tych samych odczynników.

.....
(podpis Wykonawcy)