

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 1**

Poz.	MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4		5	6	7
1.	Zestawy diagnostyczne do pracy na spektrofotometrze – czytniku ELISA o długości fali 450nm, czułość testu nie większa niż 0.090 pg/mL i nie mniejsza niż 0.007 pg/mL, czas oznaczeń nie dłuższy niż 4h, temperatura oznaczeń pokojowa	TAK	Human IL-6 Quantikine ELISA Kit HS600C/ Bio-Techne sp. z o.o.	1 op.	1		
2.	Zestawy diagnostyczne do pracy na spektrofotometrze – czytniku ELISA o długości fali 450nm, czułość testu nie większa niż 5 pg/mL, czas oznaczeń nie dłuższym niż 4,5 h, temperatura oznaczeń pokojowa	TAK	Human IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit D1200/ Bio-Techne sp. z o.o.	1 op.	1		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

**Ze względu na kontynuację badań naukowych w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał konkretny produkt. W celu zapewnienia porównywalności otrzymywanych wyników Zamawiający musi kontynuować badania używając tych samych odczynników.**

.....  
(podpis Wykonawcy)