

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY

TABELA 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
<p style="text-align: center;"><u>Aparat do badań przesiewowych bezdechu podczas snu</u> (produkt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r)</p> <p><i>Urządzenie musi posiadać:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rejestr sygnału tonometrii naczyniowej, saturacji, tętna, aktygrafii oraz dane czujnika chrapania i pozycji ciała oraz ruchów klatki piersiowej, 2. Możliwość rozpoznania zaburzeń oddychania podczas snu oraz stadiów snu, 3. Automatycznie obliczane indeksy AHI i RDI uwzględniające rzeczywisty czas snu pacjenta, a nie czas badania, 4. Raport uwzględniający hipnogram z zaznaczonymi okresami czuwania, snu lekkiego, głębokiego oraz snu REM, 5. Czujnik bezdechów centralnych, który będzie różnicować obturacyjne i centralne zaburzenia oddychania oraz oddech Cheyne-Stokes, 6. Rejestr oraz analizę saturacji, desaturacji i tętna, 7. Rejestr odgłosów chrapania i pozycji ciała z dostępną statystyką chrapania (w dB) i rozbiciem indeksów pod względem pozycji ciała, 8. Graficzne zobrazowanie wyników, 9. Zbiorcze raportowanie wyników wielu badań dla jednego pacjenta, 10. Wykonywanie automatycznego testu poprawności inicjacji aparatu i podłączenia czujników wyzwalane na żądanie operatora przez oprogramowanie oraz przez klawisze aparatu, 11. Opcję włączenia przez pacjenta jednym przyciskiem oraz brak możliwości wyłączenia aparatu przez osobę badaną po rozpoczęciu badania, 12. Wbudowany ekran OLED do wyświetlania wyników automatycznego testu i komunikacji z pacjentem, 13. Zasilanie aparatu – bateria AAA lub akumulator AAA, 14. Aparat musi być zakładany na rękę z czujnikiem na palec. 	TAK

Skład zestawu:

1. Aparat,
2. Oprogramowanie,
3. Czujnik bezdechów centralnych, pozycji ciała i chrapania,
4. Startowy zestaw akcesoriów na minimum 48 badań.

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa					
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] <i>do przeniesienia do Formularza OFERTA</i>
1	2	3	4	5	6
Aparat z zestawem czujników	TAK	4 kpl.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.