

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/ symbol/nazwę/numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN] do przeniesienia do Formularza Oferta
1	2	3	4	5	6	7
<p><u>Destylator elektryczny:</u></p> <p>Destylator elektryczny, przeznaczony jest do oczyszczania wody z rozpuszczonych w niej soli mineralnych i gazów poprzez odparowanie, a następnie skroplenie oczyszczanej wody. Destylator musi pracować w sposób ciągły, a jego praca musi być na bieżąco monitorowana poprzez układ czujników podłączonych do panelu sterowania.</p> <p><u>1. Funkcje:</u></p> <p>1) Programowalny czas włączania/wyłączania;</p> <p>2) Wyświetlanie informacji o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu;</p> <p>3) Monitorowanie temperatury destylatu;</p> <p>4) Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej;</p> <p>5) Automatyczne wznowianie pracy po ustaniu przyczyny awarii;</p> <p>6) Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody.</p> <p><u>2. Dane Techniczne:</u></p> <p>1) Wydajność ok. 10 dm³/h;</p> <p>2) Zużycie wody ok. 150 dm³/h;</p> <p>3) Moc pobierana 7,2 kW;</p> <p>4) Napięcie zasilania 3x400V;</p> <p>5) Masa max.: 14 kg.</p>	TAK		szt.	1		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 4

<u>3. Dane użytkowe:</u> Jakość otrzymywanej wody destylowanej musi odpowiadać normom Farmakopei Polskiej X oraz spełniać wymagania wody stosowanej w laboratoriach analitycznych o stopniu czystości 3 wg PN-EN ISO 3696.						
--	--	--	--	--	--	--

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.