

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/ symbol/nazwę/numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1.	<u>Analizator hematologiczny:</u> <u>Cechy:</u> 1) Musi mieć możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy bez potrzeby sortowania próbek; 2) Musi posiadać metodę rozdziału - WBC-fluorescencyjna cytometria przepływowa; 3) Musi mieć możliwość oznaczania IG-niedojrzałych granulocytów w każdym oznaczeniu DIFF; 4) Musi posiadać szerokie zakresy liniowości dla próbki pierwotnej: WBC do 440000/μl, RBC do 8,6 mln/μl, PLT do 5 mln/μl, HCT do 75%; 5) Musi mieć możliwość oznaczania odsetka mikrocytów i makrocytów jako parametry diagnostyczne, które są zwalidowane przez producenta; 6) Musi posiadać wydajność analizatora 60 ozn./godz. w trybie CBC+5DIFF 7) Musi posiadać objętość aspirowanej krwi do wykonania pełnej morfologii 25 μl; 8) Musi posiadać instrukcję obsługi aparatu wbudowaną w oprogramowanie analizatora; 9) Musi posiadać system aplikacji do płynów z jam ciała.	TAK		szt.	1								
2.	<u>Odczynniki kontrolne – pakiet startowy</u> <table><tr><th>Nazwa</th><th>Nr katalogowy</th></tr><tr><td>Cellpack-DCL 20l</td><td>CT661628</td></tr><tr><td>Sulfolyser 3x500ml</td><td>90411317</td></tr></table>	Nazwa	Nr katalogowy	Cellpack-DCL 20l	CT661628	Sulfolyser 3x500ml	90411317	TAK		kpl.	1		
Nazwa	Nr katalogowy												
Cellpack-DCL 20l	CT661628												
Sulfolyser 3x500ml	90411317												

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 1

Lysercell WDF 2l	BG689680						
Fluorocell WDF 2x22ml	AA325279						
XN-L Check Set 1x3x3.0ml	SE001353						
Cellclean (50ml)	83401621						
<p>Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wskazane powyżej odczynniki gwarancji jakości na następujące okresy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia:</p> <p>1) na okres taki sam jak okres przydatności do użycia określony przez producenta, z zastrzeżeniem że okres ważności (przydatności do użycia) każdego dostarczanego Przedmiotu zamówienia/umowy, liczony od dnia podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego, nie może być krótszy niż 75% całego okresu przydatności do użycia określonego przez producenta,</p> <p>2) w przypadku gdy z informacji zawartych na opakowaniu nie będzie wynikało ile wynosi określony przez producenta okres przydatności do użycia (liczony od daty produkcji), przyjmuje się że okres gwarancji/przydatności do użycia dostarczonego Przedmiotu zamówienia/umowy musi wynosić nie mniej niż 10 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego. Termin ten musi się pokrywać z terminem ważności określonym przez producenta.</p>							
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO							
(suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.