

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 6

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/ symbol/nazwę/numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>Konduktometr laboratoryjny, solomierz:</u> <u>Cechy:</u> 1) Musi umożliwiać pomiary pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia i temperatury; 2) Musi posiadać wyświetlacz; 3) Musi umożliwiać kalibrację elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH), przewodności w 1 punkcie; 4) Musi posiadać w funkcji przewodności współczynnik α stały (2%/°C); 5) Musi być wyposażony w pamięć wewnętrzną do 50 wyników; 6) Musi posiadać w zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B	TAK		szt.	1		
2.	<u>Elektroda plastikowa pH.:</u> <u>Cechy:</u> 1) Musi mieć zakres pomiaru pH 0-14; 2) Musi posiadać złącze BNC.	TAK		szt.	1		
KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta)							

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.