

Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1

Tabela 1

<p style="text-align: center;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</p> <p style="text-align: center;"><i>Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.</i></p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
1	2
<p><u>Głowica USG:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Typ głowicy: Sektorowa 2. Zakres częstotliwości: od 1 do 4 MHz 3. Pole widzenia: 90 stopni 4. Technologia pracy: cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki. 5. Głębokość obrazowania: do 30 cm 6. Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora: minimum 60 minut 7. Kompatybilność: Urządzenie kompatybilne z systemami mobilnymi Android i iOS; możliwość połączenia głowicy USG z urządzeniami mobilnymi za pomocą dedykowanego kabla USB. 8. Technologie obrazowania: obsługa obrazowania 2D (B-mode), dopplera kolorowego (CD), PW Doppler, M-mode, technologia obrazowania harmonicznego tkanek. 9. Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D (B-mode): minimum 70 obrazów/sekundę 10. Cechy szczególne: waga do 100g (waga głowicy bez kabla); długość do 12 cm (wymiar głowicy bez kabla). 11. Integracja z systemami EMR: Urządzenie musi wspierać integrację z systemami elektronicznych kart pacjenta (EMR). Wymagana możliwość zdalnego dostępu i archiwizacji danych w chmurze. 	<p>TAK</p>

Tabela 2

Oferta cenowa i przedmiotowa				
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
1	2	3	4	5
Głowica USG		1 szt.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.