

Formularz Cenowo-Techniczny

Tabela 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO <i>Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego.</i>	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2
Cewnik do ultrasonografii wewnętrznej Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035", pracujący z częstotliwością 15 MHz i głębokością obrazowania 70 mm. Długość robocza cewnika min.100 cm, max 120 cm. Kompatybilny z koszulką 8Fr. System OTW. Końcówka robocza: markery co 1cm, widoczne w skopii – minimum 25 markerów. Opcjonalnie możliwość użycia cewnika z automatycznym, jednorazowym i sterylnym odciążeniem o stałej prędkości 1cm/sec i 0,5cm/sec.	TAK

Tabela 2

Oferta cenowa i przedmiotowa				
Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
1	2	3	4	5
Cewnik do ultrasonografii wewnętrznej		20 szt.		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga! Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty.